

人工呼吸器を装着している方

災害発生

身体状況（意識・呼吸・脈拍など）の確認

いつもと同じ

人工呼吸器の作動確認

作動不能

蘇生バックへの切り替え

- ①停電ではないですか？
- ②供給ルートへの破損ではないですか？

代替の手配
ができる

☆ 内蔵バッテリーへの切替開始時刻

人工呼吸器 _____ 時 _____ 分

吸引器 _____ 時 _____ 分

いつも通り
作動している

いつもと
違って
悪い

代替の
手配が
できない

☆ 関係機関に連絡

○かかりつけ医

医療機関名： _____

電話： _____

○医療機器取扱業者

電話： _____

○救急車要請

電話： 119

○ _____ 保健所

電話： _____

○電力会社

電話： _____

○ _____

電話： _____

- ☆ 医療機器取扱業者・かかりつけ医・保健所等へ状態の連絡
- ☆ 外部バッテリーの電源、自家発電機の燃料の確保
- ☆ 非常持ち出し品の準備

※ 避難勧告が出ている

ライフラインに被害がある

家屋に被害がある

このような場合は、避難するなど、

適切に対応しましょう。