

在宅酸素療法をしている方

災害発生

火の元の確認

身体状況（意識・呼吸・脈拍など）の確認

いつもと同じ

酸素濃縮器の作動確認

作動不能

酸素ボンベへの切り替え

- ①停電ではないですか？
- ②供給ルートへの破損ではないですか？

代替の手配
ができる

☆ 酸素ボンベへの切替開始時刻

ボンベ持続時間 _____ 時間

切り替え時間 _____ 時 _____ 分

いつも通り
作動している

いつもと
違って
悪い

代替の
手配が
できない
酸素ボン
ベの残量
が少ない

☆ 関係機関に連絡

○かかりつけ医

医療機関名： _____

電話： _____

○医療機器取扱業者

電話： _____

○救急車要請

電話： 119

○ _____ 保健所

電話： _____

○電力会社

電話： _____

○ _____

電話： _____

☆ 医療機器取扱業者・かかりつけ医へ状態の連絡

☆ 非常持ち出し品の準備

※ 避難勧告が出ている

ライフラインに被害がある

家屋に被害がある

} このような場合は、避難するなど、
適切に対応しましょう。