

## 医療事故情報収集等事業 第 60 回報告書のご案内

## 1. 集計報告（対象：2019 年 10 月～12 月）

## (1) 医療事故情報収集・分析・提供事業

表 1 報告件数及び報告医療機関数

	2019 年			合計
	10 月	11 月	12 月	
報告義務対象医療機関による報告件数	362	278	426	1,066
参加登録申請医療機関による報告件数	57	24	46	127
報告義務対象医療機関数	274	274	274	—
参加登録申請医療機関数	810	811	812	—

(第 60 回報告書 16 頁参照)

表 2 事故の概要

事故の概要	2019 年 10 月～12 月	
	件数	%
薬剤	83	7.8
輸血	2	0.2
治療・処置	301	28.2
医療機器等	32	3.0
ドレーン・チューブ	69	6.5
検査	68	6.4
療養上の世話	354	33.2
その他	157	14.7
合計	1,066	100.0

(第 60 回報告書 17 頁参照)

## (2) ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業

1) 参加医療機関数 1,250 (事例情報報告参加医療機関数 659 施設を含む)

2) 報告件数 (第 60 回報告書 20 頁参照)

①発生件数情報報告件数：238,286 件

②事例情報報告件数：7,886 件

## 2. 事例の分析

今回、「分析テーマ」で取り上げたテーマは下記の通りです。

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| (1) 持参薬の処方・指示の誤りに関する事例     | 【24～43 頁参照】 |
| (2) 食事・経管栄養とインスリン投与に関連した事例 | 【44～55 頁参照】 |
| (3) 透析療法時に用いる内シャントが閉塞した事例  | 【56～68 頁参照】 |

## 3. 再発・類似事例の分析

これまでに、「分析テーマ」や「医療安全情報」として取り上げた内容の中から再発・類似事例が報告されたテーマを取りまとめています。今回取り上げた再発・類似事例の分析のテーマは下記の通りです。

- |  |             |
|--|-------------|
| (1) 入浴介助時の熱傷 (医療安全情報 No. 5) — 新生児・乳児 —     | 【71～77 頁参照】 |
| (2) はさみによるカテーテル・チューブの誤った切断 (医療安全情報 No. 90) | 【78～85 頁参照】 |

\*詳細につきましては、本事業ホームページ (<http://www.med-safe.jp/>) をご覧ください。