

D N A 機器点検業務仕様書（D N A 定量装置）

1 点検機器名

D N A 定量装置（Q S 5）

2 実施場所

香川県警察本部刑事部科学捜査研究所内

3 点検業務概要

本業務は、当所が所有するリアルタイム P C R 装置 Q S 5 3 台（ser. 272526460 . 272526466 . 272514504）の点検を実施するものである。

4 点検期間

令和 7 年 11 月 1 日から令和 8 年 2 月 28 日までの間で指定する日

5 仕様

- (1) 基本料、技術料、技術者派遣費を含むこと。
- (2) 修理の必要性が生じた際の諸経費は含まない。
- (3) 点検項目

ア 周辺機器の確認

イ 本体への供給電源電圧の確認

ウ 本体の日時設定の確認

エ SelfTest

オ TemperratureAccuracyVerificationTest

カ TemperratureNon-UniformityTest

キ Heated Cover の温度確認

ク MTSS Cycle Verification Test

ケ Calibration の実施

コ Verification Run

- (4) 点検終了後に作業報告書を提出すること。

6 その他

ライフテクノロジーズ社 H I D、A B メンテナンス点検に準ずるものである。