

別添

飲酒検知器（アルコテスト 7 5 1 0 型）保守点検業務仕様書

この仕様書は香川県警察が保有する飲酒検知器（アルコテスト 7 5 1 0 型）の保守点検業務の委託に関し適用するものである。

1 委託する事項

- (1) 件名及び内容
飲酒検知器（アルコテスト 7 5 1 0 型）保守点検業務
- (2) 委託期間
令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの間
- (3) 保守点検機器
香川県警察が保有する飲酒検知器（アルコテスト 7 5 1 0 型） 7 台
- (4) 保守点検実施場所
香川県警察の指定するところ

2 契約の詳細

- (1) 飲酒検知器（アルコテスト 7 5 1 0 型）の良好な稼動を目的とし、保守点検を下記実施要領により実施するとともに、不調等が発生した場合における臨時点検等、所要の措置を行うものとする。
- (2) 保守及び定期点検業務は、詳細な日程について交通指導課の承認を得た後、原則として通常勤務日における就業時間内に行うものとする。ただし、時間外に行う必要がある場合は、協議の上決定するものとする。
- (3) 保守点検業務に要する機器及び工具は、契約業者において準備するものとする。
- (4) 次の各項は保守点検業務の範囲外とする。
 - ア 使用者の取扱い不注意による故障の修理
 - イ 第三者の故意、又は不注意による故障の修理
- (5) その他
この要領に定めのない事項について、業務上必要がある場合、協議の上、行うものとする。

3 保守点検実施要領

飲酒検知器（アルコテスト 7 5 1 0 型）の保守点検業務

- (1) 年 1 回、機器の状態及び作動が正常であるか点検する。
- (2) 定期点検の点検内容は別表のとおりである。
- (3) データバックアップ印刷を実施すること。（必要な場合に限る）
- (4) 臨時点検は、不調等の通報により異常箇所について実施すること。
- (5) 点検終了後は、報告書（成績書）を提出すること。
- (6) 上記点検において、交換を要する部品は有償とする。

4 その他

この仕様書に定めのない事項については、業務上必要がある場合は本部と協議の上、行うものとする。

別表
点検内容

アルコテスト7510（本体）

項目	詳細
外観検査	
製品全体	本体の外観に異常がないこと
電池ケースカバー（ロック機能を含む）	電池ケースカバーに破損がないこと
電池ケース内部	電池ケース内部に異常がないこと
充電端子	充電端子に異常がないこと
USB ポート	USB ポートに異常がないこと
ガス吸引口	ガス吸引口に異常がないこと
機能検査	
マウスピースのエジェクタ	正常に起動すること
電源オン	正常に起動すること
ディスプレイ表示とバックライト点灯	ディスプレイが正常に表示されること
自動ガス吸引	正常に機能すること
セルフテスト実行	セルフテストの実行と修了確認
測定単位	測定単位が mg/L であること
ディスプレイコントラスト	ディスプレイコントラストが最適な状態であること
ブザー音	ブザー音が正常に鳴動すること
LED 点灯	LED が正常に点灯すること
全てのボタン操作	全てのボタン操作が正常であること
フォームウェアバージョン	フォームウェアバージョンの確認
テスト回数の表示	テスト回数が正常に表示されること
PC とのデータ通信	PC とのデータ通信が正常であること
測定データの転送	プリンタへのデータ転送が正常であること
電源オフ	正常に電源オフできること
精度検査	
	テストガスで3回測定し、全ての測定値で実測値とテストガス濃度との差が±5%以内であること
総合判定	
	全ての項目に合格していること

モバイルプリンタ

項目	詳細
外観検査	
製品全体	本体の外観に異常がないこと
電池ケースカバー	電池の液漏れがないこと
電池ケース内部	電池ケース内部に異常がないこと
電池の端子	端子に異常がないこと
本体底面の取説ラベル	正常に貼付されており内容が読み取れること
ロール紙	ロール紙が正常にセットされること
機能検査	
ロール紙蓋	開閉時に異常がないこと
紙送り	正常に動作すること
USB ポート	USB ポートに異常がないこと
DIRA でテスト印字 (A7510)	正常に印刷でき、文字が読み取れること
ブザー音	ブザー音が正常に鳴動すること
LED 点灯	LED が正常に点灯すること
全てのボタン操作	全てのボタン操作が正常であること
フォームウェアバージョン	フォームウェアバージョンの確認
総合判定	
	全ての項目に合格していること