

電気式質量比較器仕様書

仕様及び設置	<p>・メトラー・トレド(株)製 XPR26003LC</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ひょう量 26. 1kg</li> <li>2. 目量 1mg</li> <li>3. 繰り返し性、公称荷重 6mg</li> <li>4. 使用環境 常温・常湿</li> <li>5. USB-RS232C接続ケーブル</li> </ol> <p>・未使用品であること。          ・香川県計量検定所が指定する場所に設置し、調整をおこなうこと。          ・検査結果報告書を提出すること。          ・検査の結果について、質量比較器合否判定を示すこと。</p>
納入場所	香川県計量検定所
取扱説明書 機器仕様書	取扱説明書(日本語)及び機器仕様書(日本語)を2部添付すること。
操作方法	計量検定所職員に十分な説明を行い、後日の質問にも誠実に対応すること。
保証	納品設置後、1年間以上の保証を付けること。
保守対応	修理、メンテナンスを行う代理店等が県内にあり、修理時には速やかに対応をすること。
納入期限	令和8年2月27日(金)
その他	<p>この仕様書に対する問い合わせは、下記にすること。          香川県計量検定所 検定担当 金盛          TEL 087-881-2517          FAX 087-881-1370</p>