

## 保守点検手順書

製品名：電子天秤（上皿）

型 式：SHIMAZU UP2202X

機体番号：D400910548

D400910724

次の保守点検を行い、別紙の点検成績書（参考様式）を提出する。

### 点検調整項目

- 1 外観及び機能
- 2 環 境
- 3 精度検査
  - 1) 繰返し性（再現性）
  - 2) 感度・直線性
  - 3) 偏置荷重

## 点検成績書

管理番号：23002703 / 24000965

点検日： 年 月 日

型 式：SHIMAZU UP2202X

作業者： \_\_\_\_\_

機体番号：D400910548 / D400910724

| 点検項目   | 合格基準   | 評価／測定値 | 結果  |
|--------|--|--------|-----|
| 外観及び機能 | 外観、表示機能、CAL機能、<br>水準器、レンジ切替機能、ダストカバー<br>の評価が可以上であること |        | 可 否 |
| 環 境    | 清掃の状況、振動の影響、設置台、<br>風の影響、温度・湿度<br>の評価が可以上であること       |        | 可 否 |
| 精度検査   | 繰返し性（再現性）<br>1 kg $\pm 0.02$ g 以内                    |        | 可 否 |
|        | 感度・直線性<br>0.5 g、1 kg、1.5 kg、2 kg $\pm 0.04$ g 以内     |        | 可 否 |
|        | 偏置荷重<br>1 kg $\pm 0.06$ g 以内                         |        | 可 否 |

&lt;処置&gt;