

保守点検手順書

製品名：スパイラルプレーター

型 式：Eddy Jet 2

製造番号：10003700 / 551

次の保守点検を行い、点検成績書(参考様式)を提出する。

<点検調整項目>

1 機能・動作の確認

外観、操作・表示、塗抹位置、塗抹軌跡、動作(キャリッジの移動、シリンジの送り、吸引吐出、シリンジの捕捉解放)等の評価。

2 総塗抹量の確認

規定塗抹量の評価。

3 塗抹性能の確認

区分毎の規定塗抹量の評価。

4 動作環境

本体・アース線・電源コード等の確認。

点検成績書

管理番号：17006903

点検日： 年 月 日

型式：スパイラルプレーター Eddy Jet 2

作業者：

機体番号：10003700 / 551

点検項目	合格基準	評価／ 測定値	結果
機能・動作の確認	外観、操作・表示、塗抹位置、塗抹軌跡、動作(キャリアッジの移動、シリンジの送り、吸引吐出、シリンジの捕捉解放)等の評価。		可 否
総塗抹量の確認	規定量抹量の評価。		可 否
塗抹性能の確認	区分毎の規定塗抹量の評価。		可 否
動作環境	本体・アース線・電源コード等の確認。		可 否

<処置>