

物 品 仕 様 書

契約 番号	品 名	数 量	型 式	内 訳			製作又は発売元	納品の条件	納 期 限	納入場所
				項 目	規格・型式	数 量	メーカー名			
	心電図検査装置	二式	FCP-9900Ai 一式	解析付心電計(本体)	FCP-9900Ai(H)	1	フクダ電子 株式会社	1 納品に関する条件 (1) 現有機2台及び搬入等に伴い発生したゴミ等は引き取ること。 (2) 搬入予定日は当院担当者に協議の上で決定すること。 (3) 納品までの間に機器の仕様変更又は、ソフトウェア等のバージョンアップがあった場合は、最新の仕様で納品すること。 2 費用負担に関する条件 (1) 物品の搬入及び設置(機器構築、配線、初期設定、調整及び当院検査システムとの接続等)に係る費用はすべて納入業者の負担とすること。 (2) 装置の設置及び運用等に必要な施設及び環境設備(電源設備等も含む)の施工が必要となった場合は、当院担当者に協議の上で施工すること。施工に係る費用はすべて納入業者の負担とすること。 (3) 装置の取り扱い及び日常点検について、当院の職員に対して無償で教育訓練を行うこと。また、実施日については当院担当者と別途協議の上、決定すること。 3 保守体制に関する条件 (1) 当院担当者による検収を行った日から起算して最低1年間は無償で点検、修繕及び調整を行うこと。 (2) 無償保証期間終了前の点検は、装置設置時と同等の総合的定期点検を行うこと。ただし、無償保証期間後も障害が継続している場合は、無償保証期間を延長すること。 (3) 装置の保守体制は、年間を通じて24時間連絡可能な体制であり、故障や障害が発生した場合には、当院からの通報を受けてから3時間以内(土曜日、日曜日、祝祭日、夜間を含む。)に、現場で対応できる体制であること。 (4) 点検、修繕及び調整を行った際は、直ちに当院に対し報告書を提出すること。	R7.9.30	香川県立白鳥病院 生理検査室
				解析付心電計(モニタ)	FCP-9900Ai(M)	1				
				トロリー	OAE-10	1				
				バスケット	OAE-52A	1				
				カルテ入れかご	OAE-53A	1				
				コードハンガー	OAE-47A	1				
				2次元バーコード対応リーダ	1950GHD-U	1				
				バーコードリーダホルダー	OA0-1008A	1				
				心電計用共通付属品セット	ASE-02N	1				
				エーカークリップ(成人用)	TE-43	1				
				胸部電極(成人用)	TE-01	1				
				表示ユニット取付金具	OAE-62A	1				
			FCP-9800 一式	解析付心電計	FCP-9800	1				香川県立白鳥病院 救急室
				トロリー	OAE-10	1				
				バスケット	OAE-52A	1				
				カルテ入れかご	OAE-53A	1				
				コードハンガー	OAE-47A	1				
				2次元バーコード対応リーダ	1950GHD-U	1				
				バーコードリーダホルダー	OA0-1008A	1				
				心電計用共通付属品セット	ASE-02N	1				
				エーカークリップ(成人用)	TE-43	1				
				胸部電極(成人用)	TE-01	1				
				リチウムイオンバッテリーパック	BTE-002	1				
				引き出し	OAE-61A	1				