

仕様書

1. 業務名称

手術支援ロボット「ダヴィンチ」保守点検業務

2. 契約期間

契約期間は、令和7年7月14日から令和8年3月31日までとする。

3. 保守対象装置

装置名称 遠隔操作型内視鏡下手術装置 米国インテュイティブサージカル社製

da Vinci Xi サージカルシステム (SK7971) 1式

設置場所 香川県立中央病院

4. 保守業務

遠隔操作型内視鏡下手術装置 米国インテュイティブサージカル社製 da Vinci Xi サージカルシステムの機能を維持するため、次のとおり保守を行うものとする。

(1) 定期点検の実施

定期点検は、出荷仕様を維持するため必要に応じ、下記の項目について行うものとする。なお、点検日時は両当事者の協議により決定する。

- ① 予防保守点検
- ② 電気安全性試験
- ③ システム動作確認試験

(2) 緊急保守

上記の装置について障害が発生した場合は、受託者は、その障害状況により保守サービスを実施し障害対応を行うものとする。

(3) 交換部品等

保守契約対象外の部品交換が生じた場合は、両当事者は協議の上これを交換するものとし、これ以外の部品等については、無償にておこなうものとする。

(4) 対応時間

フィールドサービスエンジニアの対応時間は7:00から22:00の間とする。(修理については、月曜日から土曜日7:00から22:00まで、定期点検については月曜日から金曜日7:00から22:00までの対応とする。)

5. 報告書の提出と検査

受託者は本件業務が終了した場合は、業務完了後、報告書を委託者に提出するものとする。