

仕様書

1 品名及び数量

自動核酸精製装置 Maxwell RSC (プロメガ株式会社、カタログ番号 AS4500) 一式

2 納入場所

香川県東部家畜保健衛生所 (香川県木田郡三木町池戸 3196 番地)
2階 ウイルス室 (無菌室)

3 納入期限

令和 7 年 8 月 31 日

4 仕様

1) 仕様の詳細

- ・ 磁性体粒子式を採用していること。
- ・ 分注済みの試薬カートリッジを採用していること。
- ・ マグネットロッド方式であること。
- ・ 16 以上の検体を同時に処理出来ること。
- ・ 本体寸法は W400×D400mm 以下であること。
- ・ 本体および標準付属品を含む全重量が、15kg 以内であること。
- ・ 他県の家畜保健衛生所で法定伝染病検査の使用実績があること。
- ・ 生乳から直接核酸抽出できること。
- ・ 核酸精製後、核酸濃度の定量ができること。

2) その他

- ・ 指定場所に使用可能な状態で設置すること。
- ・ 故障した際は代替機と交換し、修理対応すること。
- ・ 装置本体及び付属品に必要な据付作業等必要な付帯設備費等を含むこと。その他、設置・調整等に係る費用、部品代を含むこと。
- ・ 設置後、取扱説明を行うこと。
- ・ デモ機や中古機ではなく、新品を納入すること。
- ・ 納入後、1 年間以上を保証期間とし、この間における通常の使用による故障や設計・製作上の原因による不具合に関しては、納入者の責任において補修すること。

5 その他

本仕様書に定めのない事項及び不明な点が生じた場合には、その都度担当職員と協

議すること。

担当：香川県東部家畜保健衛生所 上村、中嶋 電話 087(898)1121