

物 品 仕 様 書

契約 番号	品 名	数 量	内 訳			製作又は発売元	納品の条件	納 期 限	納入場所
			項 目	規格・型式	数 量	メーカー名			
	硬性腎盂鏡	一式	スコープ	8965.401 ネフロスコ ープ20° 鉗子孔 10.5Fr.	1	リチャードウルフ 株式会社	1 仕様に関する条件 (1)新品であり、新古品や再生品でないこと。 2 納品に関する条件 (1)搬入等に伴い発生したゴミ等は引き取ること。 (2)納品スケジュールは当院担当者と別途協議の上、決定すること。 (3)納品までの間に機器の仕様変更があった場合は、最新の仕様で納品すること。 3 費用負担に関する条件 (1)物品の搬入及び設置に係る費用はすべて納入業者の負担とすること。 (2)装置の操作、取扱い及び日常点検等について、当該装置を用いて当院職員に対して無償で教育訓練を行うこと。また、実施日については当院担当者と別途協議の上、決定すること。 4 保守体制に関する条件 (1)当院担当者による検収を行った日から起算して最低1年間は無償で点検、修繕及び調整を行う無償保証期間とすること。ただし、無償保証期間中における障害が無償保証期間終了時にも継続している場合は、その期間を延長すること。 (2)無償保証期間終了前には、専門技術員による装置設置時と同等の総合的点検を行うこと。また、実施日については当院担当者と別途協議の上、決定すること。 (3)故障や障害が発生した場合には、当院からの通報を受けてから迅速に、現場で対応できる体制であること。 (4)専門技術員による点検、修繕及び調整を行った際は、直ちに当院に対し報告書を提出すること。 5 その他 (1)本仕様書に定めのない事項については、当院担当者と別途協議の上、決定すること。	R8.3.31	香川県立白鳥病院 泌尿器科
			シース	8965.041 ネフロスコ ープシース 24Fr.× 204mm	1				
			オブチュレーター	8965.141 オブチュ レーター 24Fr.	1				
			鉗子	8962.6108 HySafe鰐 口把持鉗子インサート 10.5Fr.×350mm	1				
			鉗子専用ハンドル	8083.001 HySafe鉗子 専用ハンドル	1				
			トレー	33024 リフォシステムト レーペグマット付 L500×W200×D61mm	1				
			ライトアダプター (ストルツ&オリンパ ススタンダード用)	808801	1				