

全身用コンピュータ断層撮影装置保守点検業務仕様書

1 目的

当院に設置した、下記対象装置を常時正常な操作状態に保つことを目的とする。

2 対象装置

(1) 本体

GEヘルスケア・ジャパン製
全身用コンピュータ断層撮影装置 Revolution Frontier システムNo.CT00155 一式

(2) ワークステーション①

GEヘルスケア・ジャパン製
GE社製ワークステーション AW VS7 XT システムNo.PZ0109 一式

(3) ワークステーション②

富士フイルムメディカル製
VINCENT (サーバ、UPS) 一式
VINCENT (クライアント) 三式

(4) 線量最適化装置

GEヘルスケア・ジャパン製
線量最適化支援ソリューション DoseWatch システムNo.DW00018 一式

(5) インジェクター

根本杏林堂製
デュアルショット GX7 天井懸垂装置付 シリアル : KCA41549 一式

3 契約期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日

4 実施場所

香川県立白鳥病院 放射線科 CT室

5 保守体制等について、以下の要件を満たすこと。

- (1) 本装置が正常に動作するように定期点検を行うことができる体制を有すること。
- (2) 装置の運用を円滑に行うことができるように技術的サポート体制を有すること。
- (3) 本装置に必要な消耗品及び故障等の部品について安定供給を確保すること。
- (4) 本装置に必要な消耗品及び故障時等の対応について責任を持つこと。
- (5) 電話又は電話回線を使用したオンラインでの保守管理・故障診断を行うこと。
- (6) 夜間、休日ならびに年末年始のサービス体制が確立されていること。※
- (7) 当院からの電話連絡で24時間保守サービスが受けられること。※
- (8) 障害時において、復旧のため通報を受けてから2時間以内に現場で対応できる体制であること。

※

※対象装置(5)は含まないものとする。

6 保守内容

- (1) 対象装置について、契約期間中に下記のとおり調整及び障害防止を実施し、定期交換部品の交換、必要に応じて損耗備品の交換を行うこと。
 - ・対象装置(1) 定期点検：3回/年
 - ・対象装置(2) 定期点検：1回/年

- ・対象装置（3） 定期点検：2回／年
 - ・対象装置（4） 定期点検：1回／年
 - ・対象装置（5） 定期点検：1回／年
- (2) 対象装置の保守に必要な、修理作業費、交換部品費、機器等の使用料及び作業報告費等、必要な費用は受託者が負担すること。
 - (3) 対象装置の故障によりシステムプログラムが破壊された場合、システムプログラムを修復すること。
 - (4) 不具合修正に係るアップデートに必要な費用は、受託者が負担すること。
 - (5) 対象装置（1）及び（2）について、リモートサポートを行うこと。また、そのために必要な工事費並びに通信費及び人件費等、必要な費用は受託業者が負担すること。
 - (6) 装置が故障し、電話連絡があった場合は、直ちに修理を行うこと。また、そのために必要な全ての部品及び人件費等必要な費用は受託者が負担すること。なお、故障状況はその都度報告を行うこと。
 - (7) アプリケーションサポートに必要な費用は、受託者が負担すること。なお、対象装置（3）は除く。
 - (8) 操作上の不具合に関する問合せへの回答を行うこと。

7 委託料の支払い

委託料は半期ごとに支払うものとし、上半期分を10月末に、下半期分を4月末に支払う。

8 適用外

消耗品は保証適用外とし、当院がこれを発注した場合、当院は別途費用を負担するものとする。