

一般X線撮影装置保守点検業務仕様書

1 目的

当院に設置した、下記対象装置を常時正常な操作状態に保つことを目的とする。

2 対象装置

(1) メーカー	富士フイルムメディカル(株)		
(2) 装置	①X線診断装置	BENE0-eX_1T	2台
	②臥位撮影台	CALNEO PT	2台
	③電源供給ユニット	CALNEO Smart (MP)	2台
	④F P D装置	CALNEO Smart C12	2台
	⑤F P D装置	CALNEO Smart S47	2台
	⑥F P D装置	CALNEO Smart S77	4台
	⑦電動式立位撮影台	CALNEO PU C	1台
	⑧電動式立位撮影台	CALNEO PU2 C	1台

3 委託期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日

4 実施場所

香川県立白鳥病院 放射線科 一般撮影室1ルーム、2ルーム

5 保守体制等について、以下の要件を満たすこと。

- (1) 本装置が正常に動作するように定期点検を行うことができる体制を有すること。
- (2) 装置の運用を円滑に行うことができるように技術的サポート体制を有すること。
- (3) 本装置に必要な消耗品及び故障等の部品については、周辺機器を含め安定供給を確保すること。
- (4) 本装置に必要な消耗品及び故障時等の対応について責任を持つこと。
- (5) 当院からの問合せに対し、24時間対応可能なコールセンターを有すること。
- (6) オンコール対応時間は、月曜日～土曜日の8:00～20:00とする。
- (7) 障害時において、復旧のため通報を受けてから2時間以内に現場で対応できる体制であること。

6 保守内容

- (1) 契約期間中に1回の取扱説明書に準ずる定期点検、調整及び障害防止を実施し、定期交換部品の交換を行うこと。
- (2) 対象装置①については、リモート保守を実施すること。ただし、リモート保守に要する費用については、受託者が負担するものとする。
- (3) 本装置の保守における定期交換部品代、定期点検・オンコール作業費（技術料、訪問料、交通費等を含む）、修理部品代、機器等の使用料、作業報告費等の必要な費用は受託者が負担すること。ただし、対象装置①について、管球等の特別消耗部品代は本契約に含まれないものとし、対象装置④～⑥について、F P Dの過失故障の際は、半額保証とする。
- (4) 装置が故障し、電話連絡があった場合は、直ちに修理を行うこと。なお、故障状況はその都度報告を行うこと。
- (5) 操作上の不具合に関する問合せへの回答を行うこと。

7 委託料の支払い

委託料は年度末に一括で請求するものとし、翌年度の4月末に支払う。