

保守点検手順書

製品名：電子天秤（上皿）

型 式:SHIMAZU UP2202X

機体番号：D400910548

D400910724

次の保守点検を行い、別紙の点検成績書（参考様式）を提出する。

点検調整項目

- 1 外観及び機能
- 2 環 境
- 3 精度検査
 - 1) 繰返し性（再現性）
 - 2) 感度・直線性
 - 3) 偏置荷重

点検成績書

管理番号: 23002703 / 24000965

点検日: 年 月 日

型 式: SHIMAZU UP2202X

作業者:

機体番号: D400910548 / D400910724

点検項目	合格基準	評価／測定値	結果
外観及び機能	外観、表示機能、CAL 機能、 水準器、レンジ切替機能、ダストカバー の評価が可以上であること		可 否
環 境	清掃の状況、振動の影響、設置台、 風の影響、温度・湿度 の評価が可以上であること		可 否
精度検査	繰返し性（再現性） 1 kg ± 0.02 g 以内		可 否
	感度・直線性 0.5 g、1 kg、1.5 kg、2 kg ± 0.04 g 以内		可 否
	偏置荷重 1 kg ± 0.06 g 以内		可 否

< 処置 >