

回 答 書  
( 8 総事第 1 5 号 自動体外式除細動器 ( A E D 本体及び付属品 ) )

|   | 質 問 内 容                                                                                         | 回 答                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 屋外AED収納BOXについて、⑤の断熱材入りは必須ですか？<br>応札予定のBOXは二重構造ですが、断熱材は入っておりません。<br>その他の性能に関しては満たしますが、応札可能でしょうか？ | A E D 収納ボックスの仕様書⑤のとおり、屋外設置用収納ボックスについては、IP55 相当以上の防水構造であり、A E D 設置部分は断熱材入りの二重構造であるものとなります。<br>断熱材入りの二重構造でないものは不可です。 |
| 2 | 保管・動作温度について、応札予定の機種は－5℃～50℃になります。<br>応札可能でしょうか？                                                 | A E D 本体の仕様書⑪のとおり、A E D 本体の動作・待機時の温度条件は0℃～50℃の範囲以上であることとなります。<br>保管時も同様です。                                         |
| 3 | オートショックAEDは応札可能でしょうか？                                                                           | そのほかの仕様を満たした機種であれば、オートショックA E D も可とします。                                                                            |